

編號	空間位置	項目名稱	項目描述	單價 MOP	數量	單位	金額 MOP	貨期 (日)
69.	A-5-07 A 座實驗室	14.1.1.69 R24- 0005796408 溫度感測器 (temperature sensor)	量程 -25°C~125°C；分辨力 0.1°C； 誤差±0.5%		6	只		
70.	A-5-07 A 座實驗室	14.1.1.70 R24- 0005796412 高溫感測器 (High temperature sensor)	量程 0°C~1200°C；分辨力 1°C；誤差 ±1%		1	只		
71.	A-5-07 A 座實驗室	14.1.1.71 R24- 0005796420 電導率感測器 (Conductivity sensor)	低量程 0ps/cm~200ps/cm，中間 量程 0ps/cm~2000ps/cm，高量 程 0ps/cm~20000ps/cm；分辨 力：低量程 0.1ps/cm，中間量程 1ps/cm，高量程 10ps/cm；誤 差：低量程±8%，中間量程和高量程 ±5		6	只		
72.	A-5-07 A 座實驗室	14.1.1.72 R24- 0005796421 氧氣感測器 (oxygen sensor)	量程 0%~27%；分辨力 0.01%；誤差 ±1%		6	只		
73.	A-5-07 A 座實驗室	14.1.1.73 R24- 0005796424 氣體壓強感測器 (gas pressure sensor)	量程 0kPa~200kPa；分辨力 0.1kPa；誤差±4kPa		6	只		
74.	A-5-07 A 座實驗室	14.1.1.74 R24- 0005796427 渾濁度感測器 (Turbidity sensor)	量程 0NTU~200NTU；分辨力 0.25NTU；誤差±2NTU		4	只		
總計								

***填寫報價表須知：**

1. 請按報價書方案的要求，報價公司可就【報價表】內的報價項目的全部或部分項目進行報價（未能報價的項目可留空）。
2. 報價公司填寫報價表中相應的單價及總價，所有報價均須以澳門元為單位。請填寫報價表中的“項目描述”“單價”“金額”“總計”內容。
3. 請以清晰、工整的字體填寫本報價表，其他附加資料請以公司信箋，以電腦打印作詳細說明。
4. 請公司負責人於本報價表指定欄位全簽，並於其它頁簡簽，報價表的每頁，以及所有附加資料須蓋上公司印章。
5. 凡報價的內容或形式不符合報價書方案及報價須知或報價表要求者，均會視作無效報價，不會獲本校接納。
6. 除了報價表，報價公司仍需要提交公開招標要求的“文件部分”和“報價建議書部分”。

公司名稱（請以正楷填寫）：	
負責人簽署：	公司印章
負責人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡人姓名（請以正楷填寫）：	
聯絡電話：	
聯絡電郵：	
日期：	

